FISA ECHIPAMENTULUI NR.___15_____

DENUMIRE APARAT	Accesoriu termostat	
Model, tip	(agitator)	
Producător	LEEC LIMITED Anglia	
Seria aparatului	98012300199 (801-00228 MKR 13)	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251074	
Data instalării	2013	
Furnizor	NITECH SRL	
Reprezentant service		
Responsabil mentenanţă	Responsabil As. Toma Genoveva	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
Operaţiuni zilnice necesare	-verificare temperatura	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___24_____

DENUMIRE APARAT	Centrifuga laborator	
Model, tip	MULTIFUGE 35 HERAEUS	
Producător	THERMO SCIENTIFIC USA	
Seria aparatului	21251046	
Anul de fabricaţie	2003	
Numărul de inventar	repartitie ministeriala P.V. 4361/12.07.2003	
Data instalării	2003	
Furnizor	MS	
Reprezentant service	SC MOBIL SERVICE SRL IASI (contract 9617/07.08.2014)	
Responsabil mentenanţă	Asistent operator	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	- setari viteza/timp - curatare cupe	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___10_____

DENUMIRE APARAT	Incubator cu racire	
Model, tip	LEEC TIP P33C	
Producător	LEEC LIMITED Anglia	
Seria aparatului	6054	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251074	
Data instalării	2012	
Furnizor	NITECH SRL	
Reprezentant service		
Responsabil mentenanţă	Responsabil As. Toma Genoveva	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	- la 3 ani (2017) - BC-304-1532/2013	
Operaţiuni zilnice necesare	-verificare temperatura	
Operaţiuni săptămânale necesare	-schimbare diagrama de inregistrare temperatura	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-curatare interioara –schimbare penita de inregistrare	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare -etalonare	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___7_____

DENUMIRE APARAT	Sistem de identificare bacteriana	
Model, tip	MINIAPI	
Producător	BIOMERIEUX Franta	
Seria aparatului	IN5001458	
Anul de fabricaţie	2001	
Numărul de inventar	21251026	
Data instalării	2002	
Furnizor	SC Mediclim SRL	
Reprezentant service	SC Mediclim SRL (contrct Nr.5909/16.05.2014)	
Responsabil mentenanţă	Sef Compartiment Dr. Olivia Dorneanu	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	- Cf. Afisajului electronic al analizorului	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- Upgradare anuala	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___9_____

DENUMIRE APARAT	Aparat de purificare apa	
Model, tip	AQUALINE	
Producător	AQUALINE Romania	
Seria aparatului	2900-0119	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	comodat	
Data instalării	2013	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL(contract Nr.7730/27.06.2014)	
Responsabil mentenanţă	Sef Compartiment Biochimie – Chim. Valentina Holban	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	-Schimbare filtre	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___25_____

DENUMIRE APARAT	Centrifuga serologica	
Model, tip	MODEL UNICEN 21	
Producător	ORTO ALRESA Spania	
Seria aparatului	100021/18 RPM.4200	
Anul de fabricaţie	2010	
Numărul de inventar	-	
Data instalării	2010	
Furnizor	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	
Reprezentant service	SC MOBIL SERVICE SRL IASI (contract 9617/07.08.2014)	
Responsabil mentenanţă	Sef comp. Dr. Denisa Covaciuc	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	- setari viteza/timp - curatare cupe	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___27_____

DENUMIRE APARAT	Centrifuga	
Model, tip	LCEN-200/201	
Producător	LAORATORY EQUIPMENT MANUFACTURER –MRC Germania	
Seria aparatului	050494	
Anul de fabricaţie	2014	
Numărul de inventar	comodat	
Data instalării	2014	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL	
Responsabil mentenanţă	Responsabil analiza: Dr. Olga Filip	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**		
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate		
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___26_____

DENUMIRE APARAT	Centrifuga	
Model, tip	LCEN-200/201	
Producător	LAORATORY EQUIPMENT MANUFACTURER –MRC Germania	
Seria aparatului	050496	
Anul de fabricaţie	2014	
Numărul de inventar	comodat	
Data instalării	2014	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL	
Responsabil mentenanţă	Responsabil analiza: Dr. Rodica Fantanaru	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate		
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___30_____

DENUMIRE APARAT	Echipament Densimat	
Model, tip	Servia performans	
Producător	?/Belgia	
Seria aparatului	IDN 006731	
Anul de fabricaţie	2001	
Numărul de inventar	4430	
Data instalării	2002	
Furnizor	SC Mediclim SRL	
Reprezentant service	SC Mediclim SRL (contrct Nr.5909/16.05.2014)	
Responsabil mentenanţă	Asistent operator	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___4_____

DENUMIRE APARAT	Analizor semiautomat	
Model, tip	DIRUI H100	
Producător	DIRUI INDUSTRIAL CO.LTD China	
Seria aparatului	N110100H0587SE	
Anul de fabricaţie	2011	
Numărul de inventar	comodat	
Data instalării	2012	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract Nr.7730/27.06.2014)	
Responsabil mentenanţă	Chimist operator/asistent biochimie	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	-dezinfectie si curatare dispozitiv de impingere stripuri cu solutie de hipoclorit de sodiu 2%	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-inlocuire hartie termosensibile de inregistrare	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	-verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___5_____

DENUMIRE APARAT	Aparat de electroforeza	
Model, tip	HELENA	
Producător	HELENA BIOSCIENCES S.U.A.	
Seria aparatului	SAS 1-2722040042 & SAS 2- 2222040078	
Anul de fabricaţie		
Numărul de inventar	comodat	
Data instalării	2012	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract Nr.7730/27.06.2014)	
Responsabil mentenanţă	Chimist operator	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare		
Operaţiuni săptămânale necesare		
Operaţiuni lunare necesare		
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate		
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___2_____

DENUMIRE APARAT	Analizor automat de biochimie	
Model, tip	Rx IMOLA	
Producător	FURUNO Japonia	
Seria aparatului	7201-0552	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	Comodat (21251052)	
Data instalării	2012	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract Nr.7730/27.06.2014)	
Responsabil mentenanţă	Chimist operator	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	- la 3 ani (2017) - BC-304-1532/2013	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	-executate automat de analizor conform setarilor	
Operaţiuni săptămânale necesare	-stergere cu tifon imbibat cu etanol a pipetelor pt. probe si reactivi, seringilor unitatii de spalare si a paletelor mixerelor -desfundarea varfurilor pipetelor cu dispozitivul special -SPT WASH spalare pipette pt. probe cu sol C1 Wash	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-stergere condens in RCU si ASP -stergerea cu detergent neutru a placii suport	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	-la 3 luni decontaminare tubulatura int. cu sol C1 Wash -dupa expirarea orelor de functionare afisat in ecranul Mainte (F10)-Work Hour, se face inlocuirea componentelor cu per. de functionare expirata -revizie tehnica bianuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___3_____

DENUMIRE APARAT	Analizor electroliti	
Model, tip	DIESTRO 103 AP	
Producător	JS Medicina Electrónica Argentina	
Seria aparatului	809	
Anul de fabricaţie	2011	
Numărul de inventar	comodat	
Data instalării	2012	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract Nr.7730/27.06.2014)	
Responsabil mentenanţă	Chimist operator	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	-curatare externa cu sol.hipoclorit de sodiu 1/10 -curatare tub de aspirare si a tubulaturii interne cu sol.ISE cleaning cod IN0400	
Operaţiuni săptămânale necesare	-curatare interna a analizorului cu sol. Sodium conditioner cod IN 0600 - curatare zonei din interiorul analizorului de urme de lichid cu o laveta imbibata in sol hipoclorit de sodium 1/10	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	-inlocuire bateriei -inlocuire electrozi -inlocuire tub de aspirare si a suportului - inlocuire tubulatura pompa peristaltica	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___18_____

DENUMIRE APARAT	Microscop optic	
Model, tip	B-352PLi	
Producător	OPTIKA MICROSCOPES Italia	
Seria aparatului	323984	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251072	
Data instalării	2013	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract nr.5908/ 16.05.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsabil analiza: Dr.Denisa Covaciuc	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara - - Curatare lentile ocularii si obiective	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare		
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- Curatare anuala	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___20_____

DENUMIRE APARAT	Microscop optic	
Model, tip	ML-4M	
Producător	IOR Romania	
Seria aparatului	0281-82	
Anul de fabricaţie	1982	
Numărul de inventar	5157	
Data instalării	199?	
Furnizor		
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract nr.5908/ 16.05.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsabil analiza: Dr.Denisa Covaciuc	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara - - Curatare lentile ocularii si obiective	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare		
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- Curatare anuala	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___19_____

DENUMIRE APARAT	Microscop optic	
Model, tip	ML-4M	
Producător	IOR Romania	
Seria aparatului	0266-91	
Anul de fabricaţie	1991	
Numărul de inventar	5178	
Data instalării	199?	
Furnizor		
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract nr.5908/ 16.05.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsabil analiza: Dr.Denisa Covaciuc	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara - - Curatare lentile ocularii si obiective	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare		
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- Curatare anuala	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___17_____

DENUMIRE APARAT	Microscop optic	
Model, tip	B-352PLi	
Producător	OPTIKA MICROSCOPES Italia	
Seria aparatului	323977	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251070	
Data instalării	2013	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract nr.5908/ 16.05.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsabil analiza: Dr. Olga Filip	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara - - Curatare lentile ocularii si obiective	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare		
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- Curatare anuala	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___16_____

DENUMIRE APARAT	Microscop optic	
Model, tip	B-352PLi	
Producător	OPTIKA MICROSCOPES Italia	
Seria aparatului	323976	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251071	
Data instalării	2013	
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL (contract nr.5908/ 16.05.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsabil analiza: Dr. Rodica Fantanaru	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara - - Curatare lentile ocularii si obiective	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare		
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- Curatare anuala	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___6_____

DENUMIRE APARAT	Spectrocolorimetru	
Model, tip	Spekol11	
Producător	KARL ZEISS	
Seria aparatului	858235	
Anul de fabricaţie	1992 ?	
Numărul de inventar	-	
Data instalării	1992?	
Furnizor	?	
Reprezentant service	SC Mobil Service SRL Iasi (contract 9617/07.08.2014)	
Responsabil mentenanţă	Asistent/biolog operator	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	-spalare cuve -stergere locas cuve cu tifon imbibat cu solutie de hipoclorit 1/10	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- verificare anuala sau la nevoie pt. curatarea celulei sau centrarea optica a fluxului luminos	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___1_____

DENUMIRE APARAT	Analizor hematologic 24 parametrii Sysmex /2007	
Model, tip	1000i	
Producător	SYSMEX Japonia	
Seria aparatului	62269	
Anul de fabricaţie	2007	
Numărul de inventar	21251066	
Data instalării	2008	
Furnizor	Sc Top Diagnostics SRL (contract nr.9615/ 07.08.2014)	
Reprezentant service	Sc Top Diagnostic- ing. Mocanu	
Responsabil mentenanţă	Sef comp. Dr. Denisa Covaciuc	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
OPERAŢIUNI EFECTUATE DE UTILIZATOR		
Operaţiuni zilnice necesare	- Curatare exterioara si a locasului pt.raci - Deschidere si inchidere –Backgrondchek - Verificare conexiune cu SIUI - Verificare reactivi (schimbarea lor cand analizorul semnaleaza epuizarea lor) - Control intern (L1, L2, L3)	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	- Spalare lunara cu Cellclean	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	- Cf. Afisajului electronic al analizorului	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	**Perioada**	
	- Calibrare anuala	
	- Verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___8_____

DENUMIRE APARAT	Aparat de purificare apa	
Model, tip	MICROLINE	
Producător	MICROLINE Romania	
Seria aparatului	1900-0109	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	comodat	
Data instalării		
Furnizor	SC Praxis SRL	
Reprezentant service	SC Praxis SRL(contract Nr.7730/27.06.2014)	
Responsabil mentenanţă	Sef Compartiment Biochimie – Chim. Valentina Holban	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
Operaţiuni zilnice necesare		
Operaţiuni săptămânale necesare		
Operaţiuni lunare necesare		
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate		
Operaţiuni zilnice		
Operaţiuni săptămânale		
Operaţiuni lunare		
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate		

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___11_____

DENUMIRE APARAT	Incubator cu racire	
Model, tip	LEEC TIP P33C	
Producător	LEEC LIMITED Anglia	
Seria aparatului	6055	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251073	
Data instalării	2013	
Furnizor	NITECH SRL	
Reprezentant service		
Responsabil mentenanţă	Responsabil As. Toma Genoveva	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	- la 3 ani (2017) - BC-304-1532/2013	
Operaţiuni zilnice necesare	-verificare temperatura	
Operaţiuni săptămânale necesare	-schimbare diagrama de inregistrare temperatura	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-curatare interioara –schimbare penita de inregistrare	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare -etalonare	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___12_____

DENUMIRE APARAT	Incubator	
Model, tip	LEEC TIP C100	
Producător	LEEC LIMITED Anglia	
Seria aparatului	621	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251076	
Data instalării	2013	
Furnizor	NITECH SRL	
Reprezentant service		
Responsabil mentenanţă	Responsabil As. Toma Genoveva	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	- la 3 ani (2017) - BC-304-1532/2013	
Operaţiuni zilnice necesare	-verificare temperatura	
Operaţiuni săptămânale necesare	-schimbare diagrama de inregistrare temperatura	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-curatare interioara –schimbare penita de inregistrare	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare -etalonare	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___13_____

DENUMIRE APARAT	Incubator	
Model, tip	LEEC TIP C100	
Producător	LEEC LIMITED Anglia	
Seria aparatului	624	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251077	
Data instalării	2013	
Furnizor	NITECH SRL	
Reprezentant service		
Responsabil mentenanţă	Responsabil As. Toma Genoveva	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	- la 3 ani (2017) - BC-304-1532/2013	
Operaţiuni zilnice necesare	-verificare temperatura	
Operaţiuni săptămânale necesare	-schimbare diagrama de inregistrare temperatura	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-curatare interioara –schimbare penita de inregistrare	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare -etalonare	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___14_____

DENUMIRE APARAT	Incubator	
Model, tip	LEEC TIP C100	
Producător	LEEC LIMITED Anglia	
Seria aparatului	596	
Anul de fabricaţie	2012	
Numărul de inventar	21251075	
Data instalării	2013	
Furnizor	NITECH SRL	
Reprezentant service		
Responsabil mentenanţă	Responsabil As. Toma Genoveva	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	- la 3 ani (2017) - BC-304-1532/2013	
Operaţiuni zilnice necesare	-verificare temperatura	
Operaţiuni săptămânale necesare	-schimbare diagrama de inregistrare temperatura	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-curatare interioara –schimbare penita de inregistrare	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare -etalonare	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___21_____

DENUMIRE APARAT	Autoclav de sterilizare	
Model, tip	RAYPA AES 75	
Producător	RESPINAR S.L Spania	
Seria aparatului	35955	
Anul de fabricaţie	2008	
Numărul de inventar	65972	
Data instalării	2009	
Furnizor	DISTRIMEDICA -S.C. NITECH S.R.L	
Reprezentant service	SC MOBIL SERVICE SRL IASI (contract 9617/07.08.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsbil As. GenovevaToma	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
Operaţiuni zilnice necesare	-evacuare apa restanta -uscare prin stergere a garniturii	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-gresare balamale capac	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___22_____

DENUMIRE APARAT	Autoclav de sterilizare	
Model, tip	TOTNAUER 3850 ELC	
Producător	TUTTNAUER CO LTD Israel	
Seria aparatului	S/N 2208012 (COD 3850)	
Anul de fabricaţie	2002	
Numărul de inventar	21251052	
Data instalării	2005	
Furnizor	Repartitie ministeriala	
Reprezentant service	SC MOBIL SERVICE SRL IASI (contract 9617/07.08.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsbil As. GenovevaToma	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
Operaţiuni zilnice necesare	-evacuare apa restanta -uscare prin stergere a garniturii	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-gresare balamale capac	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___29_____

DENUMIRE APARAT	Hota bacteriologica cu flux laminat	
Model, tip	MICROFLOW CL II	
Producător	BICQUELL ANGLIA	
Seria aparatului	20050121700	
Anul de fabricaţie	2005	
Numărul de inventar	(24189) 21251060	
Data instalării	2009	
Furnizor	BICQUELL ANGLIA	
Reprezentant service	SC MOBIL SERVICE SRL IASI (contract 9617/07.08.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsbil As. GenovevaToma	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
Operaţiuni zilnice necesare	-curatare interioara -decontaminare interioara a zonei de lucru	
Operaţiuni săptămânale necesare	**-**	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare anuala	

FISA ECHIPAMENTULUI NR.___28_____

DENUMIRE APARAT	Hotabacteriologica cu flux laminat	
Model, tip	LAMIL PLUS 13	
Producător	-	
Seria aparatului	-	
Anul de fabricaţie	2008	
Numărul de inventar	21254002	
Data instalării	2008	
Furnizor	XLAB SOLUTION	
Reprezentant service	SC MOBIL SERVICE SRL IASI (contract 9617/07.08.2014)	
Responsabil mentenanţă	Responsbil As. GenovevaToma	
Etalonari : **Frecventa etalonare** **Data / certificat de etalonare nr.**	-	
Operaţiuni zilnice necesare	-curatare interioara -decontaminare interioara a zonei de lucru	
Operaţiuni săptămânale necesare	-	
Operaţiuni lunare necesare	-curatare exterioara	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-	
OPERAŢIUNI EXECUTATE DE REPREZENTANT SERVICE		
Operaţiuni zilnice	-	
Operaţiuni săptămânale	-	
Operaţiuni lunare	-	
Operaţiuni necesare cu altă periodicitate	-verificare anuala	